

微型光纤光谱仪

[S2000-UV]



S2000-UV 是一款 Czerny-Turner 结构的微型光谱仪,该光谱仪广泛应用于多种行业及领域。
该产品还配备了我司自主研发的软件和软件开发包,便于用户使用及二次开发。

» 特 性

- 波长范围: 190nm ~ 400nm
- 紫外增强
- 软件开发包支持 Windows / Embedded system / Linux / Android 系统
- 支持 RS232 串口通信协议

» 应 用

- 透射率和反射率测量
- 吸光度 / 浓度测量 / 化学分析
- dsDNA / 蛋白质 / 生物研究

» 产 品 参 数

项 目	值	单位
尺寸	115 mm(L) x 80 mm (W) x 40 mm (H)	mm
重量	500g	g
光纤接口	SMA905	—
狭缝	30um (默认) 5/10/20/25/30/50/100/150/200um (可选)	um
光栅	1200@210nm	线对数/mm
探测器 (CCD)	Sony ILX554B (紫外增强)	—
像素总数	2048	像素
A/D 分辨率	16 bit	—
USB 接口	USB2.0	—
通讯接口	USB (默认) RS232 (选配)	—
软件	Spectra + SpectraPro	—
软件开发包 (SDK)	支持 Windows / Embedded System / Linux / Android	—

» 电源&温度 额定参数

项目	最小值	典型值	最大值	单位
供电电源 (USB Bus Power)	4.5V	5V	+6.0V	V
外部电源(Optional)	4.5V	5V	+6.0V	V
环境温度	-10°C	25°C	60°C	°C
存储温度	-20°C	25°C	70°C	°C

» 光电特性（推荐温度 25℃）

项目	最小值	典型值	最大值	单位
功耗	—	150mA@5V	170mA@5V	mA
波长范围	—	190nm ~ 400nm	—	nm
波长精度	±0.20	±0.25nm	±1.00	nm
波长重复性	±0.20	±0.25nm	±0.40	nm
波长分辨率（相邻像素波长值之差）	0.20	0.25nm	0.30	nm
光学分辨率（FWHM）	0.30	0.40nm	0.60	nm
波长热稳定性	—	0.05	—	nm/℃
杂散光	0.05	0.20%	0.40	%
修正线性度	99.0	99.8%	—	—
数值孔径	—	0.22	—	—
信噪比（SNR）	—	400:1	—	—
积分时间	—	1ms to 10000ms	—	ms

» 外形尺寸图（单位:mm, 公差:±0.5）

